

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 李坤 | |
| | 职称: 主任技师 | |
| | 工作单位: 开封市疾病预防控制中心 | |
| 项目信息 | 项目名称: 开封市人民医院直线加速器-电动多页光栅维保项目 | |
| | 预算金额: 120000元(壹拾贰万元整) | |
| | 供应商名称: 连云港市托能医疗器械有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>直线加速器-电动多页光栅维保项目因涉及专有控制程序, 技术封闭, 配件专属, 维修后必须原厂标准校准, 第三方服务商无法提供与设备原厂标准完全匹配维保服务。</p> <p>连云港市托能医疗器械有限公司为该设备的原厂授权维保服务商, 具有唯一的技术能力和服务资质, 符合政府采购法规定, 为保障放疗精度, 设备安全, 临床合规性, 建议采用单一来源方式采购此项维保服务。</p> | |
| 专业人员签字 | 李坤 | 日期: 2026年5月14日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 阮雯 | |
| | 职称: 中级程序员 | |
| | 工作单位: 开封市疾病预防控制中心 | |
| 项目信息 | 项目名称: 开封市人民医院直线加速器-电动多页光栅维保项目 | |
| | 预算金额: 120000 元 (壹拾贰万元整) | |
| | 供应商名称: 连云港市托能医疗器械有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>1. 项目必要性论证 因该设备电动多页光栅为直线加速器的核心设备现已投入使用多年, 需定期维保精度、软件控制及辐射防护性能, 保障患者治疗质量与设备安全运行。</p> <p>2. 采购方式与实施可行性 采用单一来源采购方式, 符合《政府采购法》相关规定, 项目实施可行。</p> <p>3. 预算合理性 未超出同级别医院同类设备维保的常规预算范围</p> <p>4. 供应商具有维保资质及人员, 技术团队专业熟练可满足技术标准与服务响应需求。 综上所述, 该项目实施具有必要性、紧迫性, 预算合理, 供应商服务能力强, 采购符合规定, 同意实施。</p> | |
| 专业人员签字 | 阮雯 | 日期: 2026年5月14日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | 姓名：  |
| | 职称： 主任医师 教授 |
| | 工作单位： 河南大学 |
| 项目信息 | 项目名称： 开封市人民医院直线加速器-电动多页光栅维保项 |
| | 预算金额： 120000 元（壹拾贰万元整） |
| | 供应商名称： 连云港市托能医疗器械有限公司 |
| 专业人员论证意见 | <p>电动多页光栅是实现精准放疗的关键部件，其叶片定位控制、运动校准、扫描程序均为设备厂家独有技术。维保所需专用检测工具、原厂配件均由厂家供应，另外该设备维保直接关系患者治疗精度与生命安全。由以上三点原因建议该项目维保由厂家负责。该项目维保内容为设备安全运行所需，方案合理符合市场水平。费用与材料可参照附件。</p> |
| 专业人员签字 |  日期：2016年5月14日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件
托能
附件